

Sầm Sơn, ngày 15 tháng 7 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế bằng nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn
Địa chỉ: Số 83 đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ Và tên: Vũ Thị Nga.
 - Chức vụ: Trưởng khoa dược.
 - Số điện thoại: 0978614079.
 - Email: yunga15382@gmail.com.
- Cách tiếp nhận báo giá;
 - Nhận qua Email: yunga15382@gmail.com.
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn. Số 83 đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 25 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu là 90 ngày. Kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế, nội dung yêu cầu báo giá cụ thể như sau:

Stt	Tên vật tư	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng dính lụa 1,25cmx9,1m	Băng dính vải đa dụng - Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mũ cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra.	Cuộn	2.000

		<ul style="list-style-type: none"> - Xé theo 2 chiều - Kích thước: 1.25cm x 9.1m - Lõi giấy - Chống thấm nước. 		
2	Băng dính lụa 2,5cmx9,1m	<p>Băng dính vải đa dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mù cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. - Xé theo 2 chiều - Kích thước: 2.5cm x 9.1m - Lõi giấy - Chống thấm nước. 	Cuộn	3.000
3	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml	<ul style="list-style-type: none"> - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất $\leq 0,2$ml để thuận tiện cho việc hút thuốc - Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. - Có phiếu kiểm nghiệm về độ vô khuẩn đạt tiêu chuẩn ISO 11737-1:2018, Hàm lượng chất gây sốt đạt tiêu chuẩn ISO 10993-7:2008 (của đơn vị thứ 3) - Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 	Cái	12.000
4	Bơm tiêm insulin sử dụng một lần 1ml (Bơm Insulin)	<p>Bơm tiêm dung tích 1ml kèm kim dùng để tiêm insulin, có nắp chụp hình trụ tròn bảo vệ. Nắp chụp làm bằng nhựa y tế. Bơm kèm theo nắp cuối xylanh được lắp sẵn để ngăn dị vật vào lòng bơm trước và sau khi sử dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bơm tiêm có 2 loại phù hợp với 2 loại thuốc 40UI và 100UI. - Đầu kim có vát 3 cạnh giúp tiêm sắc nhọn, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng. - Đốc kim được đúc liền với vỏ xylanh, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. - Kim tiêm bao gồm các cỡ: 30Gx8mm, 31Gx6mm, 32Gx6mm 	Cái	20.000

		<ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Có phiếu kiểm nghiệm về độ vô khuẩn đạt tiêu chuẩn ISO 11737-2:2018, Hàm lượng chất gây sốt đạt tiêu chuẩn ISO 10993-11:2017 (của đơn vị thứ 3)" 		
5	Kim luân tĩnh mạch số 18G, 20G, 22G, 24G	<ul style="list-style-type: none"> - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. - Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim có công bơm thuốc bỏ xung, nắp đậy bật rẽ dàng. - Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Khử trùng bằng khí EO(Ethylene Oxide). - Thời gian lưu kim 96 giờ. - 14G; Ø (2,1 x 45) mm; Flow/ Rate 270ml/ min. - 16G; Ø (1,8 x 45) mm; Flow/ Rate 200ml/ min. - 18G; Ø (1,3 x 45) mm; Flow/ Rate 85ml/ min. - 20G; Ø (1,1 x 32) mm; Flow/ Rate 55ml/ min. - 22G; Ø (0,9 x 25) mm; Flow/ Rate 33ml/ min. - 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min. - 26G; Ø (0,6 x 19) mm; Flow/ Rate 10ml/ min." 	Cái	20.000
6	Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA nắp nhựa	<ul style="list-style-type: none"> Ống nghiệm sản xuất từ nhựa Polypropylene - Thể tích ống nghiệm tùy loại : từ 2.0ml đến 10ml. - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) và ở dạng lỏng - Có vạch thể tích trên thân ống - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa, nắp bật. 	Cái	7.200
7	Kim hai cánh bướm các cỡ	<ul style="list-style-type: none"> Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥ 30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 7864:2016 (của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 	Cái	6000
8	Ống thông dạ dày	<ul style="list-style-type: none"> Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 	Cái	

9	Dây thở oxy	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2200 mm, lòng ống có khóa chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 - Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 	Cái	160
10	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 (Glycolide-co lactide) được bao phủ bởi Poly (30% glycolide acid và 70% lactide acid) và calcium stearate, số 2-0, dài 75CM. Kim được làm bằng thép không gỉ, kim tròn 26MM, kim 1/2. Kim OriPass độ bền kéo 2700mPA, độ cứng bề mặt hơn 600VPN. Kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Thân kim ép phẳng. Duy trì 75% độ căng của chỉ sau 2 tuần, 50% sau 3 tuần, tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 56 – 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; CE Design Examination ; WHO-GMP	Sợi	120
11	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1	Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 1 dài 90 cm, kim tròn 40 mm, 1/2C. Làm từ nguyên liệu: Polyglycolide (90%) - co-lactide (10%). Chỉ được bao phủ bởi lớp calcium stearate và polyglactin 370. Kim OriPass độ bền kéo 2700mPA, độ cứng bề mặt hơn 600VPN. Kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Thân kim ép phẳng. Thời gian tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; CE Design Examination; WHO-GMP	Sợi	120
12	Giấy điện tim 3 cần	Dùng cho máy điện tim 3 cần Kích thước: K80 x 20m	Cuộn	200
13	Giấy in nhiệt siêu âm	<ul style="list-style-type: none"> - Là giấy in nhiệt để in kết quả siêu âm sản khoa. - Chất liệu 100% bột gỗ - Mỗi cuộn giấy in được đóng gói trong 1 bao thiếc - Dùng được cho máy in nhiệt đen trắng của các hãng Sony, Mitsubishi... 	Cuộn	300
14	Băng rôn	Thành phần 2 khoản gồm: Băng rôn :1 cái + gạc đắp rôn 5cmx 5cm x 12 lớp: 1 cái Công dụng : Được dùng để băng đắp bên ngoài, quanh vùng rôn trẻ sơ sinh.	Cái	500

		Hình thức: Băng rôn có dạng hờ 2 đầu : Chiều dài băng rôn : 10cm (± 1cm), Chiều ngang băng rôn : 7cm (± 1cm) Sản phẩm có màu trắng ngà của sợi, không dính bụi bẩn đảm bảo vệ sinh. Không mùi, không được nhuộm màu. Sợi dệt đồng đều, mịn, đàn hồi. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Eo.gas Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận GMP,CE."		
15	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp, VT	Kích thước: 30cm x 40cm x 8 lớp, VT. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Trọng lượng 25g- 30g/m ² . Mật độ 20x18 ±2 sợi / inch. Tri số sợi 32CD. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA của Hoa Kỳ;CE, chứng nhận GMP, Chứng nhận QCVN 01:2017/BCT, CFS	Miếng	5.000

Ghi chú: Các nhà cung cấp có thể chào một hoặc nhiều mặt hàng trên.

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản:
Địa điểm cung cấp giao, nhận và kiểm hàng tại Khoa Dược Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu tương ứng với giai đoạn thanh toán nhân với đơn giá trong hợp đồng.

5. Các thông tin khác (Nếu có)

Nơi nhận;

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Dược, TC- KT.

GIÁM ĐỐC

Đinh Công Hưng