

Sầm Sơn, ngày 20 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Máy siêu âm chẩn đoán màu hệ thống siêu âm chẩn đoán màu)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua Máy siêu âm chẩn đoán màu hệ thống siêu âm chẩn đoán màu).

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn

Địa chỉ: Số 83 Nguyễn Du- Bắc Sơn- Sầm Sơn-Thanh Hoá

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Vũ Thị Nga - Chức vụ: Trưởng Khoa Dược – VTYT

Số điện thoại: 0978614079 Gmail: vunga15382@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – VTYT - Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn. Địa chỉ Số 83 Nguyễn Du- Sầm Sơn- tỉnh Thanh Hoá

- Nhận qua gmail: vunga15382@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 20 tháng 11 năm 2025 đến trước 17h ngày 01 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

1. Danh mục thiết bị: (Chi tiết như phụ lục đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn

(Nhà cung cấp phải vận chuyển hàng tới tận kho của bệnh viện, hàng được đóng trong thùng nguyên đai kiện. Sau khi bàn giao, nghiệm thu, Nhà cung cấp lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ của đơn vị).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 20 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Đơn vị sẽ thanh toán cho Nhà cung cấp 100% giá trị hợp đồng sau khi Nhà cung cấp bàn giao, nghiệm thu và hoàn tất các chứng từ liên quan theo quy định của Pháp luật.

5. Các thông tin khác: Không

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; D.VT.YT;



Đinh Công Hưng



PHỤ LỤC ĐI KÈM YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Tên VT, TBYT	Số Lượng
1	Máy siêu âm chẩn đoán (hệ thống siêu âm kỹ thuật số phủ màu nền) <u>CẤU HÌNH CHÍNH:</u> Thân máy chính Màn hình y tế chuyên dụng LED 15.6 inch . Đầu dò Convex : 01 cái. Đầu dò Linear : 01 cái THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Kích thước màn hình: 378mm × 352mm × 114mm (Chiều Rộng × Chiều Cao × Chiều Sâu) - Trọng lượng: xấp xỉ. 6,5kg (nhiều nhất, bao gồm cả pin) Gói thăm khám: - Gói đo cơ bản - Gói đo sản khoa - Gói đo lường phụ khoa - Gói đo tim mạch - Gói đo bụng - Gói đo mạch máu - Gói đo tiết niệu - Gói đo lường các bộ phận nhỏ - Gói đo lường nhi Chế độ hình ảnh - Chế độ B - Chế độ tạo ảnh Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, doppler quang phổ - Chế độ M - Chế độ PHI - Chế độ THI - Chế độ B+PW - Chế độ vis-needle: công nghệ tăng cường độ tương phản hình kim hỗ trợ đắc lực cho thủ thuật chọc hút tế bào Công nghệ tiên tiến - Công nghệ kỹ thuật số - Công nghệ xử lý đa chùm tia - Hình ảnh tổ hợp không gian - Công nghệ xử lý ảnh quét - Hình ảnh điều hòa mô - Đảo ngược hình ảnh điều hòa - Biểu tượng chẩn đoán đồ họa Tốc độ khung hình: lên tới 60 hình trên giây (phụ thuộc vào	1

	đầu dò) 7. Lưu trữ dữ liệu • Dung lượng bộ nhớ đĩa cứng: hơn 500GB • Cổng USB: 3 • Xuất được video toàn màn hình chất lượng Full HD 8. Phát lại hình ảnh • Phát lại Cine: tối đa 10000 khung hình ở chế độ B • Lưu trữ hình ảnh tĩnh và động ở chế độ B (bao gồm màn hình chia đôi và chia bốn) • Các hình ảnh được lưu trữ có thể được xem trực tiếp trên PC • Chức năng bảng clip • Phát lại cine Doppler: Tốc độ được điều chỉnh; Âm thanh có thể được phát lại 9. Tiêu chuẩn an toàn • Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60601-1, Mục I BF, • Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60601-1-2, Nhóm 1, Mục B • Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60601-2-37 10. Yêu cầu về môi trường, nhiệt độ • Nhiệt độ: 0 ° C đến + 40 ° C • Độ ẩm tương đối: 30% - 85% (không ngưng tụ) • Áp suất khí quyển: 700 - 1060hPa • Môi trường vận chuyển và lưu trữ • Nhiệt độ: -20 ° C đến + 55 ° C • Độ ẩm tương đối: 20% - 90% (không ngưng tụ) • Áp suất không khí: 700 - 1060hPa • Nguồn cấp • Bộ chuyển đổi AC / DC: • Đầu vào: 100-240Va.c., 1,5-0,75A, 50-60Hz; • Đầu ra: 19Vd.c., 4,74A • Đơn vị chính: 19Vd.c., 4,74A	
--	---	--

THANH